บริษัท แอลโคเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 9/144 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร: 02-8620959 อีเมล์: alcotecinternational.info@gmail.com

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

iSOBER S Pro



iSOBER S Pro คือเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจระดับสูงในซีรีส์ iSOBER ด้วยการออกแบบตัวเครื่องที่กะทัดรัด ทำให้สามารถทดสอบได้อย่างสะดวกสบายสำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง คนงาน หรือผู้ขับขี่

ผู้ใช้จะได้ผลการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงของ Sentech Korea

ลักษณะเด่น

- พื้นที่ความจำภายในและภายนอกขนาดใหญ่เพื่อรองรับการทดสอบที่มากขึ้น
- ฟังก์ชันเสริม การเชื่อมต่อบลูทูธ BLE (Model: iSOBER S pro) ที่จะทำให้สามารถเชื่อมต่อกับ ISOBER แอปพลิเคชัน สามารถส่งข้อมูลผ่าน email, Line และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ

บริษัท แอลโคเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 9/144 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร: 02-8620959 อีเมล์: alcotecinternational.info@gmail.com

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ iSober s Pro 1 เครื่อง
- กล่องกันกระแทก 1 กล่อง
- ซองใส่ตัวเครื่อง 1 ซอง
- หลอดเป่า 5 ชิ้น
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
- ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน

คุณภาพขั้นสูงและฟังก์ชันสำหรับผู้เช เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ iSOBER S Pro

- **สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน iSOBER หรือใช้งานตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวไม่ผ่านแอปพลิเคชั่น**

  สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดในรูปแบบ excel ผ่าน iSOBER Application

- **หน่วยความจำ**

  ความจำภายในเครื่อง : สูงสุด 100 ค่า

  ความจำภายนอก : Micro SD card (*ไม่รวมมาในกล่อง)



- **การนับผลการทดสอบ 3 รูปแบบ**

  1. ตั้งแต่สอบเทียบ
  2. ผลการทดสอบที่พบแอลกอฮอล์
  3. การใช้งานเครื่องทั้งหมด

- **รอบการสอบเทียบ**

  ทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อใช้งานครบ 1000 ครั้ง

บริษัท แอลโคเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 9/144 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร: 02-8620959 อีเมล์: alcotecinternational.info@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง

ประเภทเซนเซอร์	เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Fuel Cell sensor)
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
น้ำหนัก	82.7 กรัม (รวมแบตตเตอรี่)
ขนาด (มม.)	105 (สูง) x 51 (กว้าง) x 17 (ความหนา)
ช่วงการแสดงผล	0.00 ~ 4.00 g/l (‰) 0.00 ~ 0.40 %BAC 0.00 ~ 2.00 mg/l 000 ~ 400 mg/100mL
เวลาอุ่นเครื่อง	5 วินาที ~ 120 วินาที
เวลาในการวิเคราะห์	ภายใน 5 วินาที (ที่ 0.050%BAC, 24°C)
ความแม่นยำ	±5% (ที่ 0.050%BAC)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน	-5°C ~ 40°C
ช่วงอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษา	-10°C ~ 50°C
หลอดเป่า	MP1000
มาตรฐานที่ได้รับ	DOT (USA) EBT และ EN15964 (Europe)
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	บลูทูธ BLE 4.1 (iSOBER S pro)
การถ่ายโอนข้อมูล	สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดในรูปแบบ excel ผ่าน iSOBER Application
การสอบเทียบ	สอบเทียบทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อใช้งานครบ 1000 ครั้ง เมื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
การรับประกัน	1 ปี